

תעודת בדיקה מס': 8812240096

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין : טרייטל הנדסה כימית בע"מ
 כתובת : ת.ד. 20255 תל אביב 61202
 תאריך הזמנה : 27.7.08
 הדוגמה נבחרה על ידי בא כח : המכון
 ונתקבלה במכון בתאריך : 27.7.08



בדיקה של:

מים לפני ואחרי 2 עמודות "TREION TSDI.Std"
 מס' 0308.0744.0066 ו-0308.0744.0145
 דגימות מים נלקחו
 לאחר: 75 ליטר, 187.5 ליטר, 375 ליטר, ו-750 ליטר.
 תנאי זרימת המים: לחץ המים בכניסה 3 bar,
 ספיקת המים 7.0-7.5 ליטר לדקה.

מהות הבדיקה:

בדיקת התאמה לדרישות תקן ישראלי 902 "מים לשימוש במעבדות אנליטיות- דרישות ושיטות בדיקה" המפנה ל ISO 3696 משנת 1987 שאושר בשפתו האנגלית כתקן ישראלי.

תוצאות הבדיקה

ראה דף 2.

מסקנה

מי המוצר שהתקבלו מעמודות "TREION TSDI.Std" מתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 902 , Grade 3.

מסמך זה בלבד אינו מספיק
 לשחרור טובין מהמכס

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק

דו"ח זה מכיל 2 דף ואין
 להשתמש בו אלא במלואו

ב. בראון
 ראש ענף כימיה
 תאריך חתימה:
 12-08-2008

שם הבודק: ל. קלנר
 תפקידו: מהנדסת בודקת
 תאריך חתימה:
 12/08/08

תאריך הדפסת המסמך: 12/8/08

תעודת בדיקה מס' 8812240096

דף 2 מתוך 2 דפים

התאמה לדרישה	תוצאות בדיקה				מ' גלם	דרישה ת"י /902 ISO3696 Grade 3	יחידות מידה	סעיף נבדק
	עמודה 1 מס' 0308.0744.0066							
	750 ל'	375 ל'	187.5 ל'	75 ל'				
מתאים	6.0	6.1	6.6	6.6	7.5	5.0-7.5	-	pH
מתאים	0.07	0.07	0.07	0.08	116	Max 0.5	m S/m at 25°C	Conductivity
מתאים	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	Not specified	A°	Absorbance
מתאים	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8	Max 0.4	mg/l	Oxidizable matter
מתאים	1.9	0.9	לא התגלה	לא התגלה	703	Max 2	mg/kg	Residue after evaporation on heating at 110°C

התאמה לדרישה	תוצאות בדיקה				מ' גלם	דרישה ת"י /902 ISO3696 Grade 3	יחידות מידה	סעיף נבדק
	עמודה 2 מס' 0308.0744.0145							
	750 ל'	375 ל'	187.5 ל'	75 ל'				
מתאים	6.1	6.2	6.6	6.5	7.5	5.0-7.5	-	pH
מתאים	0.06	0.06	0.07	0.08	116	Max 0.5	m S/m at 25°C	Conductivity
מתאים	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	Not specified	A°	Absorbance
מתאים	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8	Max 0.4	mg/l	Oxidizable matter
מתאים	0.9	1	0.6	0.2	703	Max 2	mg/kg	Residue after evaporation on heating at 110°C

- סוף מסמך -